Sokolniki, dnia 7.02.2022 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
do zapytania ofertowego ROS.2600.3.2022

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy jedynie dokumentów wskazanych w zapytaniu ofertowym i umowie.

Pytanie 2.
Dotyczy umowy
§ 6 ust 1c) Prosimy o wykreślenie z zapisu części: „licząc od dnia wyznaczonego przez zamawiającego jako termin usunięcia wad" ze względu na fakt, iż w § 7 ust 2 jest wskazany czas naprawy

§ 7 ust 2 Prosimy o dopuszczenie możliwości naprawy urządzeń w siedzibie Wykonawcy, oraz liczenie czasu naprawy od momentu dostarczenia urządzenia do siedzimy Wykonawcy. Koszt wysyłki pokrywa Wykonawca.

Odpowiedź:
Zamawiający nie dokona zmian w projekcie umowy.

Pytanie 3.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia stojącego bez statywu przejezdnego?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wydajności wentylatora równego 120 m3/h?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o zasięgu pracy do 50m2?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.